

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2026年第1期（总第991期）

物理科学与技术学院党政办公室

2026年1月21日

2026年1月实验室安全检查情况通报

2026年1月21日学院实验室安全工作组对学院所辖理工楼、格致楼和齐云楼的实验室进行了安全检查。检查中发现普遍存在下述3类问题：（1）插线板乱拉线、放在地上；（2）易制毒药品未上锁（3）堆放杂物，卫生打扫不彻底。

现将检查结果通报如下，请实验负责人对照问题督促学生和有关人员立即进行整改：


1037：过道杂物堆放还有个别实验室卫生死角收拾不干净。




1028 内间：化学药品未放置归位，桌面卫生未打扫



理工楼 111：插线板放在地上



理工楼 118：接线盒放在地上



理工楼 1420：易制毒药品丙酮未入柜上锁，放在桌面和通风橱



理工楼 1425：垃圾未及时处理，卫生杂乱

