

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2026年第4期（总第994期）

物理科学与技术学院党政办公室

2026年5月22日

2026年5月学院实验室安全检查情况通报

2026年5月22日学院实验室安全工作组对学院所辖理工楼、格致楼和齐云楼的实验室进行了安全检查。检查发现部分实验室仍存在下述问题：（1）烘箱上放置可燃物；（2）易制毒药品未上锁（3）卫生环境脏乱差。

对下列实验室提出整改提示：

格致楼 1031：电吹风用完未拔线



格致楼 1028 内、外：实验室卫生差



格致楼 1033：使用超大号垃圾桶且未及时清理



格致楼 1036: 发热设备上放置可燃性纸张



格致楼 2053：发热设备上放置可燃性物质



格致楼 2025：垃圾未及时清理，有自燃风险




理工楼 122: 手机充电器使用完未拔下, 有起火风险



理工楼 1411: 易制毒药品盐酸放在通风橱



理工楼 1421: 卫生脏乱差





理工楼 1420: 卫生脏乱差





理工楼 1419: 卫生脏乱差





理工楼 1425: 卫生脏乱差



理工楼 1322: 插线板放在地面

