

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2026年第5期（总第995期）

物理科学与技术学院党政办公室

2026年6月26日

2026年6月学院实验室安全检查情况通报

2026年6月22日和26日，学院实验室安全工作组对学院所辖理工楼、格致楼和齐云楼的实验室进行了安全检查。检查发现部分实验室仍存在下述问题：（1）用电安全问题；（2）易制毒药品未上锁（3）卫生环境脏乱差。

对下列实验室提出整改提示：

格致楼 2053：氢气、氧气共处一室，不符合安全规范



格致楼 4010：易制毒，易制爆药品柜单锁，应双人双锁管理



格致楼 1028 内间：桌子上杂物多，卫生差



格致楼 1010：纸箱堆积过多，存在安全隐患



理工楼 111：易制毒药品丙酮放在通风橱，未入柜上锁



理工楼 115：插线板串联，接线盒放在地面，有短路起火风险



理工楼 1427：易燃物堆放



理工楼 1418：多个气瓶未悬挂标签



理工楼 1419：吹风机插头未拔下，卫生差



理工楼 1401：重物阻挡电源柜门



理工楼 1322：插线板放在地面

