

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2025年第2期（总第983期）

物理科学与技术学院党政办公室


2025年2月19日

2025年2月学院实验室安全检查情况通报

2025年2月18、19日学院实验室安全工作组对学院所辖理工楼、格致楼和齐云楼的实验室进行了安全检查。检查中发现普遍存在下述3类问题：（1）插线板乱拉线、放在地上；（2）高温炉无人值守且没有值守记录本；（3）卫生普遍很差。

现将检查结果通报如下，请实验负责人对照问题督促学生和有关人员立即进行整改：

格致楼 1031：管式炉登记过期



格致楼 1028：实验室卫生差



格致楼 1030：实验室卫生差，物品摆放杂乱






格致楼 1037-1: 插线板串联



格致楼 1039: 垃圾不处理



格致楼 2043-1: 卫生差




格致楼 2039: 卫生差



格致楼 2013: 机械泵需要安置排气管



格致楼 4003: 桌面脏乱; 垃圾桶满



格致楼 1018: 插线板在地上, 实验室卫生差



理工楼 122: 易燃品空纸箱堆放



理工楼 114：折叠床未及时收起，阻挡消防通道



理工楼 1410：插板放在地上



理工楼 1411：试剂空瓶堆放在桌面未及时处理



理工楼 1421：实验室环境脏乱差





理工楼 1418: 废液桶置于高架有跌落风险, 易燃品未及时处理



理工楼 1425: 易燃品堆放较多, 未及时处理



理工楼 1426: 实验桌布置阻挡配电柜操作



理工楼 1322: 物品摆放阻挡配电柜操作, 插线板置于地上

