

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2024年第8期（总第981期）

物理科学与技术学院党政办公室

2024年11月25日

物理学院2024年11月学院实验室安全检查情况通报

2024年11月21日和22日学院实验室安全工作组对院所辖理工楼、格致楼和齐云楼的实验室进行了安全检查。检查中发现普遍存在下述4类问题：（1）实验室大部分学生没有穿实验服；（2）高温炉无人值守且没有值守记录本；（3）插线板乱拉线、放在地上；（4）卫生普遍很差。

现将检查结果通报如下，请实验负责人对照问题督促学生和有关人员立即进行整改：

理工楼 122：杂物未及时清理，桌面有食物



理工楼 118：大功率设备接线不规范



理工楼 115：插线板放地面，卫生杂乱



理工楼 104：卫生脏乱差



理工楼 1401：电线横跨在消防水管、插线板放在地面



理工楼 1411：插线板未固定，空瓶子未处理，压缩气体瓶不建议使用软管



理工楼 1404：插线板未固定



理工楼 1417: 高温炉无人值守, 无实验记录本



理工楼 1418: 化学药品无台账



理工楼 1426: 高温炉无人值守, 无实验记录本, 桌面卫生差



理工楼 1327: 循环水管漏水, 请及时处理; 配电柜中放有易燃物



理工楼 1322: 配电柜门被挡; 插线板放地面



理工楼 1322：配电柜门被堵、插线板放地面、卫生杂乱



理工楼 1317: 配电柜门被挡



格致楼 1024: 机械泵放纸盒中、直流电源放地面；插线板放地面





格致楼 1026: 4 个气瓶没有固定、杂物胡乱堆放



格致楼 1031：高温炉前堆易燃物品，垃圾桶应及时清理



格致楼 1033: 纸箱装垃圾; 水管连接极不规范; 气瓶未固定;
杂物太多






格致楼 1030：柜上纸箱太多



格致楼 1037-1：插线板随意放地面



格致楼 1037-2：15 只灯管只有 5 只亮，应及时报修避免隐患



格致楼 2053：水槽台面杂乱且堆满废液瓶、箱内堆满废液瓶
建议周一上交回收



格致楼 2039: 桌面杂乱



格致楼 2027：插线板放地面、学习桌阻挡逃生通道、电吹风
插头没有拔下来





格致楼 2023：垃圾桶满溢建议周一上交回收、水槽台面脏、实验台面脏乱、试剂架上药品瓶容易掉落、试剂太多建议过期试剂上交回收






格致楼 2013：加热台面脏、柜顶纸箱建议清理掉、废液桶满
建议周一上交回收





格致楼 3010: 4 个高温炉在工作无人值守, 只有一个使用记录本 (最后记录为 2022 年)、一个炉子没有状态盘



兰州大学物理科学与技术学院实验室使用记录		日期 (X月X日)	实验项目 (包括进行的实验项目、起止时间等说明)	完成情况	使用人
2021.10.24	15:16分开始, 18:55分结束	✓ 已完成请程内划	教授		
2021.10.25	18:00分开始, 17:20分结束	✓ 已完成请程内划	董志文		
2021.12.13	20:20分开始, 20:59分结束	✓ 已完成请程内划	董志文		
2022.12.28	17:30分开始, 19:20分结束	✓ 已完成请程内划	教授		
2022.07.21	14:20分开始, 17:20分结束	✓ 已完成请程内划	董志文		
2022.07.02	00:45分开始, 07:40分结束	✓ 已完成请程内划	白旭		
2022.02.27	19:30分开始, 21:00分结束	✓ 已完成请程内划	魏玉海		
2022.07.13	15:00分开始, 15:10分结束	□ 已完成请程内划			




兰州大学物理科学与技术学院实验室使用记录		日期 (X月X日)	实验项目 (包括进行的实验项目、起止时间等说明)	完成情况	使用人
2021.10.24	15:16分开始, 18:55分结束	✓ 已完成请程内划	教授		
2021.10.25	18:00分开始, 17:20分结束	✓ 已完成请程内划	董志文		
2021.12.13	20:20分开始, 20:59分结束	✓ 已完成请程内划	董志文		
2022.12.28	17:30分开始, 19:20分结束	✓ 已完成请程内划	教授		
2022.07.21	14:20分开始, 17:20分结束	✓ 已完成请程内划	董志文		
2022.07.02	00:45分开始, 07:40分结束	✓ 已完成请程内划	白旭		
2022.02.27	19:30分开始, 21:00分结束	✓ 已完成请程内划	魏玉海		
2022.07.13	15:00分开始, 15:10分结束	□ 已完成请程内划			

格致楼 3059：垃圾桶满溢、纸箱胡乱堆放



格致楼西 4 楼洁净室：实验样品堆放在地面、插线板放地面、加热盘上方放置纸质警示、油漏斗随意放置导致污染，洁净室很久没有拖地（地面污渍多）建议规范管理、走道对方杂物影响消防疏散









格致楼 1011: 门口堆放鞋套盒子



格致楼 1010: 电源开关随地放置、废液桶满建议周一上交回收、过线槽从地面脱落及纸盒随意放置、垃圾桶满溢、插线板放地面





格致楼 1016：空调插线板不规范、门口控制盒没有固定



格致楼 1018：风扇固定不规范、插线板放地面



齐云楼 0102：实验室堆放大量生活用品、插线板放地面、实验台面上台面下脏乱、多只灯管不亮（建议保修杜绝灯具或线路导致着火）



