

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2025年第1期（总第982期）

物理科学与技术学院党政办公室

2025年1月17日

2025年1月实验室安全检查情况通报


2025年1月16日学院实验室安全工作组对学院所辖理工楼、格致楼和齐云楼的实验室进行了安全检查。检查中发现普遍存在下述4类问题：（1）插线板乱拉线、放在地上；（2）废液桶满且未上交回收；（3）高温炉无人值守且没有值守记录本；（4）卫生普遍很差。

现将检查结果通报如下，请实验负责人对照问题督促学生和有关人员立即进行整改：



齐云楼 102：垃圾桶满；躺椅没有收起来；可乐瓶和纸杯乱放



格致楼 1008：私自从实验室取电，给电动车充电，被多名学生投诉









格致楼 1021：电吹风插在电源插排上且插排开关处于开位置



格致楼 1024：垃圾桶满



格致楼 1033：电源插座随意放地面；自来水龙头接冷却水



格致楼 1030：试剂空瓶随意堆放；垃圾桶满



格致楼 1037-1：垃圾桶满



格致楼 1034 内间：电源排插放地面



格致楼 2023：桌面脏乱；垃圾桶满





格致楼 2013: 多个垃圾桶满; 3 台机械泵无油膜过滤器
且排气管导致曾多次触发烟雾报警器报警; 废液桶满





格致楼 4015：电源插排随意放地面；垃圾桶满；冷却水机似乎漏液



理工楼 1419：乙醇存放量过大



理工楼 1421：垃圾堆放未及时清理



理工楼 1418: 吹风机电源线用完未拔下



理工楼 1426: 卫生脏乱差



理工楼 1322: 配电柜门被堵, 插板放在地上

