

# 兰州大学物理科学与技术学院

## 工作简报

2025年第9期（总第990期）

物理科学与技术学院党政办公室

2025年12月18日

---

### 2025年12月学院实验室安全检查情况通报

2025年12月18日学院实验室安全工作组及部分研究生安全员对学院所辖理工楼、格致楼和齐云楼的实验室进行了安全检查。检查发现，绝大部分实验室认真应对安全与卫生检查，实验室物品摆放有序，化学药品按照要求存放。但仍存在下述问题：

（1）配电柜门遮挡；（2）插线板放在地上，插线板非国标；（3）易燃物纸箱堆积等。

经学院实验室安全工作组商议，本次实验室检查因为整体都有改进，因此不对实验室警告扣分。但对下列实验室提出整改提示，下次检查中，如果未整改或继续被整改提示，将进行警告扣分处理。


理工楼 111：电源柜门被重物阻挡




理工楼 102：询问实验室学生无人正在使用的情况下，易制毒药品丙酮未入柜上锁，批量装有废液的试剂瓶未贴标签置于地面




理工楼 1401: 试剂瓶堆积, 未及时处理




理工楼 1421: 插线板放在地上




理工楼 1418: 卫生差, 易燃品纸箱堆积



理工楼 1426: 电源柜门被重物阻挡, 高温炉运行且实验室封闭、实验室温度明显高且无人值守



理工楼 1427: 易燃物纸箱堆积过多



格致楼 1024: 实验室物品摆放杂乱, 插线板非国标



格致楼 1033: 垃圾桶太满, 使用超大垃圾桶, 有自燃风险



齐云楼 112: 插线板串联, 电箱在地上

